

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を行います。

令和5年2月20日

公益財団法人かがわ産業支援財団 理事長 近藤清志

1 入札に付する事項

（1）業務名

研究用機器・設備保守管理業務

（2）業務の内容

仕様書による

（3）業務履行場所

仕様書による

（4）業務期間

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

（5）入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

なお、この入札は、令和5年度予算について当財団の理事会の承認が得られた場合に効力が生じます。

2 契約書作成の要否

要

3 契約の内容を示す日時及び場所等（入札説明書の交付等）

令和5年2月20日から令和5年2月27日まで（ただし、土・日・祝日を除く。）

（交付時間：午前8時30分から午後5時まで）

郵便番号 761-0301

香川県高松市林町 2217-15

公益財団法人かがわ産業支援財団 総務部 施設管理課

電話番号 087-869-3700 FAX番号 087-869-3703

4 契約の内容に関する質問の受付

契約の内容に関する質問がある場合は、令和5年3月2日午後5時までに、3に示した場所に対し文書で行うこと。（文書はFAXも可とする。）

回答は、令和5年3月3日までに、本公告に係る入札説明書の交付を受けた者全員にFAXで送付する。

5 入札及び開札を行う日時及び場所

令和5年3月10日（金）午前13時30分

香川産業頭脳化センタービル1階 121会議室

6 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便（以下「信書便」という。）による入札の可否

否とする。

7 入札保証金及び契約保証金

要しない

8 入札者の参加資格

次に掲げる要件を満たす者であること。

（1）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であること。

（2）香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、本公告日現在A級に格付けされている者であること。

（3）香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。

（4）会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。

① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者

② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者

（5）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条に規定する暴力団及びその構成員でないこと。また、暴力団の構成員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

（6）本公告に係る入札説明書の交付を受けた者であること。

（7）香川県内に当該業務の拠点となる営業所等を有すること。

9 入札者に要求される事項

入札に参加を希望する者は、入札参加申請書及び8の（1）から（7）の要件を満たすことを証明する書類等を令和5年2月28日午後5時までに、3に示した場所に提出しなければならない。

提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和5年3月1日午後5時までに通知する。

10 入札の無効

以下各号に掲げる場合における入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない方がした入札

① 委任状を持参しない代理人のした入札

② 本公告に示した入札参加資格のない者がした入札

(2) 入札者等が連合して入札したと認められる場合。

(3) 入札に際し不正の行為があった場合。

(4) 入札者等が同一の入札について2以上の入札をした場合。

(5) 入札書に氏名その他重要な文字又は押印が誤脱し、又は不明である場合。

(6) 入札書の金額を訂正した場合。

(7) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札心得、説明書等で指示した条件及び契約担当者があらかじめ指定した事項に違反した場合。

11 入札又は開札の取消し又は延期による損害

天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。

12 落札者の決定方法

かがわ産業支援財団が決定した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって、有効な入札を行った入札者を落札者とする。

13 落札の無効

落札者は、落札決定の通知を受けた日から14日以内に契約を締結しなければならず、この期間内に落札者の責めに帰すべき事由により契約書を作成しないときは、その落札は、無効とする。

14 予約完結権の譲渡

落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。

15 その他

詳細は、入札説明書による。また、入札説明書の交付を受けることは入札者の参加資格でもあるので、3に示した日時及び場所において、交付を受けること。

研究用機器・設備保守管理業務仕様書

1. 委託期間 令和5年4月1日～令和6年3月31日

2. 保守管理業務の対象

(1) 研究用機器・設備設置建物の所在地

高松市林町 2217-16 香川県科学技術研究センター (FROM香川)

(2) 対象となる機器・設備

別表「令和5年度 香川県科学技術研究センター (FROM香川) 研究用機器・設備保守管理対象リスト」掲載の機器・設備 57点

3. 保守管理業務の内容

各研究用機器・設備を正常に稼働させるための定期点検、取扱指導及び管理運用業務

(1) 定期点検

各機器について機器のメーカーの基準に準じて、必要な時期に適切な点検(軽微な修理を含む。)を行うこと。

ただし、次の機器については、定期点検を要しない。

別表 C3、BL2～BL19、M17、M19、B4、B9、B10の24点

(2) 保守点検(通常点検)

原則として4か月に1回保守点検を行うこと。

(3) 取扱指導

別表 C1～C3及びBL1～BL19について取扱指導を行うこと。

(4) 故障対応

機器に故障が生じたときは、速やかに作業者を派遣し適切な措置を講ずること。

(5) 消耗品費

各機器の稼働にあたって必要となる消耗品費を含む。ただし、各機器の使用ごとに必要となる消耗品及び利用者が準備する消耗品は除く。

(6) 定期点検部品費

各機器を稼働させるための定期点検(軽微な修理を含む。)に必要な部品費を含む。

(7) 修理費

修理が必要な場合の軽微な修理費及び部品費を含む。

4. 定期報告

四半期ごとに、定期業務報告を行うこと。

別 表

令和５年度 香川県科学技術研究センター（FROM香川）研究用機器・設備保守管理対象リスト

管理番号	階数	施設名	品名	型式	製造業者	サービス会社名
C1	1F	共同機器室	走査型プローブ顕微鏡	JSPM-4200	日本電子(株)	同左
C2	1F	共同機器室	フーリエ変換赤外分光光度計	Nexus670	ニコレージャパン社	サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)
C3	1F	共同機器室	マイクロスコープ	VH-7000	(株)キーエンス	同左
BL1	1F	バイオ実験室	分光光度計	UV-2500PC	(株)島津製作所	同左
BL2	1F	バイオ実験室	生物顕微鏡	E6F-21-1	(株)ニコン	同左
BL3	1F	バイオ実験室	PH計	F-22	(株)堀場製作所	同左
BL4	1F	バイオ実験室	細胞破碎機	APV-1000	同栄商事(株)	同左
BL5	1F	バイオ実験室	安全キャビネット	SCV-1303EC II C	(株)日立空調システム	同左
BL6	1F	バイオ実験室	冷却高速遠心分離装置	7780, AG5006	久保田商事(株)	同左
BL7	1F	バイオ実験室	超純水製造装置	Easy Pure UV/UF	(株)アーンストハンセン商会	ニッコー・ハンセン(株)
BL8	1F	バイオ実験室	超音波洗浄装置	VS-600RZ	ケニス(株)	同左
BL9	1F	バイオ実験室	高圧蒸気滅菌器	STS306FA	アドバンテック東洋(株)	同左
BL10	1F	バイオ実験室	恒温振とう培養装置	BR-180LF	タイテック(株)	同左
BL11	1F	バイオ実験室	ゲル撮影装置	GEL-PHOTO2	(株)旭テクノグラス	同左
BL12	1F	バイオ実験室	ハイブリダイゼーション オープン	HBO-330	(株)旭テクノグラス	同左
BL13	1F	バイオ実験室	チューブレミキサー	TWIN3-28N	(株)旭テクノグラス	同左
BL14	1F	バイオ実験室	恒温振とう水槽	TBK202DA	アドバンテック東洋(株)	同左
BL15	1F	バイオ実験室	ロータリーエバポレーター	REN-1000VW	(株)旭テクノグラス	同左
BL16	1F	バイオ実験室	サーマルサイクラー	PCR System9700	アプライドバイオシステムジャパン(株)	同左
BL17	1F	バイオ実験室	細胞培養用スターラー	Model 1104	和研薬(株)	同左
BL18	1F	バイオ実験室	乾熱滅菌器	MOV-112F (U)	三洋電機(株)バイオメディカBU	PHC(株)
BL19	1F	バイオ実験室	恒温乾燥器	ND0450ND	東京理化器械(株)	同左
M1	2F	メカトロ実験室	シリコン深掘エッチング装置	MUC-21 Pegasus-K	住友精密工業(株)	SPPテクノロジーズ(株)
M2	2F	メカトロ実験室	ドライエッチング装置	RIE-10NR	(株)サムコ	同左
M3	2F	メカトロ実験室	酸化拡散炉	VESTA-2100	DSI(株)	同左
M4	2F	メカトロ実験室	有機系給排気型クリーンチャンパー	4730	(株)ダルトン	同左
M5	2F	メカトロ実験室	無機系給排気型クリーンチャンパー	4731	(株)ダルトン	同左
M6	2F	メカトロ実験室	炉芯管洗浄ドラフトチャンパー	5018	(株)ダルトン	同左
M7	2F	メカトロ実験室	スピニングコーター	IH-DX2	ミカサ(株)	同左
M8	2F	メカトロ実験室	ワイヤーボンダー	モデル-7KE	ウエスト・ボンド社	ハイソル(株)
M9	2F	メカトロ実験室	両面マスクアライナー	SUSS MA6 BSA SPEC	ズース・マイクロテック(株)	同左
M10	2F	メカトロ実験室	スパッタリング装置	L-332S-FH	アネルバ(株)	キャノンアネルバ(株)
M11	2F	メカトロ実験室	触針式段差計測機	Dektak XT-S	ブルカー・エイエックスエス(株)	同左
M12	2F	メカトロ実験室	ガス置換デシケータージャンボ	GD-SS	アズワン(株)	同左
M13	2F	メカトロ実験室	クリーンベンチ	PCV	日立	同左
M14	2F	メカトロ実験室	一般ドラフト	FE3-6	ヤマト科学(株)	同左
M17	2F	メカトロ実験室	空気ばね式除振台	ADZ-0806	明立精機(株)	同左
M19	2F	クリーンルーム	廃液保管庫システム		(株)日進機械	同左
M20	2F	クリーンルーム	設備警報盤	OX-581-F3A	理研計器(株)	同左
M21	1F	ガスボンベ室	水素防爆電磁弁		巴バルブ(株)	同左
B1	3F	バイオ反応室	プレハブ恒温室	SIP-15	(株)サンキ精機	同左
B2	3F	バイオ反応室	多段型兼用振盪培養機	RMS-20R	(株)サンキ精機	同左
B3	3F	バイオ反応室	高速冷却連続遠心機	CR22G	日立工機(株)	同左
B4	3F	バイオ反応室	超低温フリーザー	CL-522U	日本フリーザー(株)	同左
B5	3F	バイオ反応室	中型ジャーファーマンター	MSJ-U2W	(株)丸菱バイオエンジ	同左
B6	3F	バイオ反応室	バイオクリーンベンチ	MB-1600	(株)日本医科器械製作所	同左
B9	3F	バイオ分析室	高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)	MLS-3750	三洋電機(株)	パナソニックヘルスケア(株)
B10	3F	バイオ分析室	ボイラー	GX-60S	三浦工業(株)	同左
B11	3F	バイオ分析室	軟水機	MS-5	三浦工業(株)	同左
U1	3F	設備	純水製造装置	TW-L2000、TW-U1000	野村マイクロ・サイエンス(株)	同左
U2	3F	設備	コンプレッサー	EA6A	コベルコ・コンプレッサ(株)	同左
U3	3F	設備	エアードライヤー	DS-5L	(株)東洋テクノ	同左
U4	3F	設備	真空ポンプ	FT3-25	(株)アンレット	同左
U5	1・3F	設備	特殊ガス供給設備		ヤマト産業(株)	同左
U6	3F	設備	特殊ガス二次側供給設備		ヤマト産業(株)	同左
U7	3F	設備	冷却水装置	RKE5500B-VRK957	オリオン機械(株)	同左
U8	3F	設備	排ガス処理機×2	SB-1、SB-2	セイコー化工機(株)	同左
		計	57			